5. QUEL EST LE PROCESSUS D'INHALATION ?

1. Une dose de médicament est libérée dans la chambre d'inhalation.
2. Lors de l'INSPIRATION : une bouffée de produits traverse la valve anti-retour lors de l'inspiration et est absorbé jusqu'aux poumons.
3. Lors de l'EXPIRATION : l'air ressort par la valve d'éjection extérieure située dans le masque, sans endommager le reste de la dose de médicament en suspension dans la chambre.

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Il est important de nettoyer au minimum une fois par semaine les différents éléments de la chambre d'inhalation.
- Désassemblez les trois parties de la chambre d'inhalation
- Laver manuellement à l'eau tiède avec un peu de liquide vaisselle.
- Rincer abondamment et laisser sécher à l'air libre, sans essuyer.
- Une fois la chambre d'inhalation sèche, placez la dans un endroit à l'abri de la poussière.
- Si la chambre d'inhalation n'est pas utilisée durant une longue période, il est recommandé de nettoyer avant une nouvelle utilisation
- Ne pas utiliser la chambre d'inhalation si vous constatez qu'elle est abîmée ou cassée ou si il manque un élément fonctionnel de la chambre.

DISPOSITIF MEDICAL DE CLASSE I CONFORME AUX EXIGENCES EUROPEENNES EN VIGUEUR.

CE	• Marquage CE
	• Garder au sec
	• Suivre les instructions d'utilisation
	• Attention
EC REP	• Représentant agréé au sein de la Communauté Européenne
	• Fabricant
LOT	• Numéro de lot

LABORATOIRES® AXAMED

Laboratoires AXAMED® SAS
10, rue Mesnil
75116 PARIS - FRANCE
contact@axamed-lab.com
www.axamed-lab.com

0 À 9 MOIS	9 MOIS À 6 ANS	+ DE 6 ANS
LPPR 6185584	LPPR 6185584	LPPR 6185609

Dispositif médical de Classe 1

Réf : AX-09M
Réf : AX-96A
Réf : AX-P6

CE

Date de révision de la notice : 07/2020

© 08/2020 AXAMED SAS, photos non contractuelles. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans avis préalable. Marques déposées.

FR

AEROFLUX®

CHAMBRE D'INHALATION SUPER CHARGEUR

Réf : AX-09M Réf : AX-96A Réf : AX-P6

GARANTIE 2 ANS

LABORATOIRES® AXAMED

AVERTISSEMENT

- Utiliser ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné et décrit dans cette notice.
- Cet appareil peut être utilisé pour un usage personnel à domicile.
- Cet appareil doit être placé dans un endroit propre et sec et sans poussière.
- Nettoyer l'appareil selon les indications de nettoyage et d'entretien.
- En cas de problème, contacter votre pharmacien
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Cet appareil ne doit pas inciter à l'automédication.
- Cesser d'utiliser cet appareil en cas d'anomalie ou tout dysfonctionnements.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (même les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de la sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalable concernant l'utilisation de cet appareil.

Cher/chère client(e),

Nous vous en souhaitons un excellent usage et vous recommandons de lire attentivement cette notice d'utilisation pour une meilleure efficacité. Pour toute information sur votre état de santé, contactez votre médecin et suivez scrupuleusement la prescription médicale.

- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Cet appareil ne doit pas inciter à l'automédication.
- Cesser d'utiliser cet appareil en cas d'anomalie ou tout dysfonctionnements.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (même les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de la sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalable concernant l'utilisation de cet appareil.

1. CARACTERISTIQUES

Cette chambre d'inhalation facilite la prise de médicaments en aérosol doseur. Elle facilite réduction de la vitesse des particules et réduit leur taille. Elle améliore ainsi le dépôt des particules au niveau pulmonaire, elle réduit notamment le dépôt oropharyngé.

- Système à valve
- Adaptateur silicone universel compatible avec la plupart des aérosols doseurs
- Volume de 370 ml
- Sans Bisphénol A, Sans Phtalates et Sans Latex
- La chambre est antistatique

Trois modèles disponibles adaptés suivant l'âge du patient :

• 0 à 9 mois • 9 mois à 6 ans • + de 6 ans

2. DESCRIPTION

Cette chambre d'inhalation est composée de trois parties.

1. Une partie basse où vient se loger l'aérosol doseur.
2. Une partie haute avec valve ou vient s'emboiter le masque ou l'embout buccale
3. Le masque ou l'embout buccale
La chambre d'inhalation est livrée assemblée. Toutefois, pour désassembler la partie haute de la partie basse, maintenez la partie basse et tourner la partie haute en sens inverse des aiguilles d'une montre, pour assembler les deux parties tourner la partie haute dans le sens des aiguilles d'une montre. La valve est déjà installée lors de l'achat du produit.

Une fois la chambre assemblée, insérez le masque ou l'embout buccale sur la partie haute, la chambre d'inhalation est prête à l'emploi.

1. Ouverture silicone où vient se loger l'aérosol doseur
2. Valve ou vient s'emboiter le masque ou l'embout buccale
3. Masque facial

3. PRECAUTIONS AVANT UTILISATION

Vérifier le bon assemblage de la chambre d'inhalation et vérifier que la valve soit bien présente dans la partie haute.
Vérifier que la chambre d'inhalation ne soit pas cassée, ni endommagée. Une mauvaise étanchéité de la chambre ou du masque sur le visage réduit fortement la dose du médicament délivrée.

4. UTILISATION

- Installez-vous ou votre enfant correctement en position assise. L'enfant ne doit pas avoir de tétine dans la bouche.
- Agiter l'aérosol doseur, enlever le capuchon de celui-ci (se référer au mode d'emploi du médicament à administré) et placer l'aérosol doseur dans l'ouverture silicone en étoile positionné dans la partie basse de la chambre d'inhalation.
- Le masque facial doit couvrir le nez et la bouche, si vous utilisez l'embout buccale, celui-ci doit être dans la bouche du patient en s'assurant bien fermer la bouche pour assurer une bonne étanchéité.
- La chambre d'inhalation doit être maintenu en position horizontale lors de son utilisation.
- Appuyer sur l'aérosol doseur pour libérer une dose de médicament dans la chambre d'inhalation inspirez par la bouche profondément et garder la position tout en respirant normalement pendant environ 15 secondes.
- Attendez environ 30 secondes avant d'administrer une seconde bouffée, si nécessaire.
- Éviter de respirer rapidement ou de parler pendant l'administration du traitement.
- Après utilisation, il est recommandé de rincer le visage à l'eau après l'administration de traitement tels que les corticoïdes afin d'éviter l'apparition de rougeurs sur la peau.